

Kwestionariusz informacyjny pracowni

Nr pomieszczenia	Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia m ² /wysokość m	STREFA PRACY
1.11 05	Pracownia analiz właściwości fizycznych żywności – część dydaktyczna ze stanowiskami komputerowymi	80,7 / 3,4	Analityka żywności

Procedury realizowane w pomieszczeniu:

Pracownia dydaktyczna ze stanowiskami PC; stanowi część kompleksu z 1.11.04 (oddzielone ścianką mobilną).

Standard wykończenia pomieszczenia

Podłoga	Ściany	Ściana za urządzeniami	Ściana w obrysie umywalek/zlewów przyściennych	Sufit	Grzejnik naścienny
PVC, klejona do podłoża z wywinieciem na ścianę	Powłoka malarska zmywalna, szorowalna	-	-	Podwieszany , systemowy o konstrukcji rastrowej .	Brak zaleceń

Maksymalna ilość osób jednocześnie przybywających	Temperatura °C/ wilgotność względna % (niezależnie od pory roku)	Natężenie światła na pow. blatów roboczych H-900 mm lx	Krotność wymian powietrza /h	Stopień oczyszczenia powietrza na wejściu do pomieszczeń wg PN-EN ISO 14644-1
21	19-25 / 35-75	700	5-7	ISO 8

Uwagi ogólne:

W ramach stołów wyspowych ustanowić system gniazd wtykowych nabołatowych wraz z gniazdami WLAN (w miarę potrzeb dydaktycznych) .